

LICENCIA INSTITUCIONAL - OPERACIÓN - C

MERNNR N.º Q- 1769

Validez: 4 años

Fecha de expedición: 06/04/2021

Fecha de expiración: 05/04/2025

INSTITUCIÓN: HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN
NOMBRE COMERCIAL: HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN
RUC: 1768181150001
REPRESENTANTE LEGAL: PRADO CABRERA ANDREA ESTEFANÍA
PRÁCTICA: RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO
DIRECCIÓN: GIOVANNI CALLES S/N Y DERBY
PROVINCIA: PICHINCHA
CIUDAD: QUITO
TELÉFONO: (02) 3952700

ESTA INSTALACIÓN ESTÁ AUTORIZADA PARA EL USO DE:

EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIÓN IONIZANTE (3)	CAMPO	kV máximo	mA máximo
	RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO	150 kV	1000
FUENTES RADIATIVAS SELLADAS	CAMPO	RADIOISÓTOPOS	ACTIVIDAD/PRÁCTICA
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
FUENTES RADIATIVAS ABIERTAS	CAMPO	RADIOISÓTOPOS	ACTIVIDAD/PRÁCTICA
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

El Servicio de Radiodiagnóstico médico del **HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN**, está autorizado para dar servicio con los siguientes equipos:

No	TIPO	MARCA		MODELO		SERIE	
		EQUIPO	TUBO	EQUIPO	TUBO	EQUIPO	TUBO
1	RAYOS X MÓVIL	DRGEM	DRGEM	TOPAZ-32D	DXT-12M	DRK2060267A	M2006017
2	RAYOS X MÓVIL	DRGEM	DRGEM	TOPAZ-32D	DXT-12M	DRK2060268A	M2005081
3	RAYOS X MÓVIL	DRGEM	DRGEM	TOPAZ-32D	DXT-12M	DRK2060269A	M2005085

EL REPRESENTANTE LEGAL es el responsable de supervisar y dar cumplimiento a lo que estipula el Reglamento de Seguridad Radiológica publicado en el Registro Oficial No. 891, del 08 de agosto de 1979.

LA PRESENTE LICENCIA podrá cancelarse o suspenderse si se comprueba que existiera violación al Reglamento de Seguridad Radiológica.

ING. MARÍA CRISTINA CUELLO G.
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y APLICACIONES
NUCLEARES

DRA. MSC. IRALDA RAMOS
DIRECTORA DE LICENCIAMIENTO Y PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA

DRA. GRACIELA CIFUENTES
RESPONSABLE OTQ